

HI99131

Máy Đo
pH và Nhiệt Độ trong
Xi Mạ



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Gửi đến Quý khách hàng,
Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của Hanna
Instruments.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng
thiết bị. Bảng hướng dẫn sử dụng này sẽ cung cấp cho
bạn tất cả thông tin để sử dụng thiết bị một cách chính
xác, cũng như có những ý tưởng chính xác bởi sự linh
hoạt của nó.

Nếu bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về kỹ thuật, đừng
ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua website www.hannavietnam.com hoặc số điện thoại 028 3926
0457/58/59.

*Tất cả bản quyền đã được đăng ký. Sao chép toàn bộ hoặc
một phần đều bị cấm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản
của chủ sở hữu bản quyền, Hanna Instruments Inc., Woon-
socket, Rhode Island, 02895, USA*

Kiểm Tra Ban Đầu	4
Mô Tả Chung	5
Chức Năng Chính	6
Thông Số Kỹ Thuật	7
Mô Tả Màn Hình.....	8
Hướng Dẫn Vận Hành.....	8
Thiết Lập Máy	14
Thay Pin.....	15
Phụ Kiện	16
Bảo Dưỡng Điện Cực	17
Giấy Chứng Nhận.....	18
Khuyến Cáo	18
Bảo Hành.....	19

KIỂM TRA BAN ĐẦU

Tháo thiết bị ra khỏi kiện đóng gói và kiểm tra kỹ để chắc chắn không xuất hiện hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Nếu có bất kỳ hư hại nào, báo ngay cho nhà phân phối hay trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất.

Máy HI99131 được cung cấp kèm:

- HI629113 điện cực pH/nhiệt độ với thân bằng titan , kết nối cổng DIN và cáp dài 1m.
- HI7004 dung dịch chuẩn pH 4.01 (1 gói).
- HI70007 dung dịch chuẩn pH 7.01 (1 gói)
- HI700601 dung dịch vệ sinh điện cực pH và ORP (2 gói).
- Cốc nhựa 100 mL (1 cái).
- Pin 1.5V AAA.
- Giấy chứng nhận chất lượng của máy
- Giấy chứng nhận chất lượng của điện cực.
- Hướng dẫn sử dụng.

Lưu ý: vui lòng giữ lại toàn bộ phụ kiện, nếu có lỗi phát sinh, máy cần phải gửi lại kèm phụ kiện để kiểm tra..

MÔ TẢ CHUNG



Máy đo pH cầm tay [HI99131](#) cùng với điện cực pH [HI629113](#) được thiết kế để đo pH trong bể mạ.

[HI99131](#) là một máy đo pH và nhiệt độ di động, nhẹ. Nó có hệ thống hoạt động hai nút và sử dụng đơn giản. Nó có vỏ chống thấm nước và nhỏ gọn, màn hình hiển thị hai dòng lớn và hiệu chuẩn pH tự động tại một hoặc hai điểm.

Thân bằng titan của [HI629113](#) có chức năng như một chân phù hợp tiềm năng để tăng độ ổn định của các số đọc và kéo dài tuổi thọ của cảm biến. Nó cũng cung cấp một cấu trúc chắc chắn và cho phép truyền nhiệt đến cảm biến nhiệt độ bên trong để bù nhiệt độ nhanh chóng. [HI629113](#) có bộ tiền khuếch đại tích hợp để cung cấp các phép đo không bị nhiễu và nhiễu điện.

CHỨC NĂNG CHÍNH

- Màn hình hiển thị lớn, đo đồng thời pH và nhiệt độ.
- Hiệu chuẩn tự động tại 1 hoặc 2 điểm theo 2 hệ đệm thông dụng (standard hoặc NIST).
- Có thể chọn đơn vị nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$ hoặc $^{\circ}\text{F}$)
- Hiển thị tình trạng điện cực.
- Có thể kiểm tra điện cực bằng thang đo mV.
- Điện cực pH tích hợp cảm biến nhiệt độ [HI629113](#).
- Cổng kết nối đơn giản, tiện lợi.
- Hiển thị phần trăm pin và cảnh báo khi pin yếu.
- Âm xác nhận tổ hợp phím.
- Tính năng tự động tắt.
- Chống nước đạt chuẩn IP67.




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thang đo*	-2.00 - 16.00 pH / -2.0 - 16.0 pH ±825 mV (pH-mV) -5.0 - 105.0 °C/23.0 - 221.0 °F
Độ phân giải	0.01 pH / 0.1 pH 1 mV 0.1 °C/0.1 °F
Độ chính xác @ 25°C / 77°F	±0.02 pH / ±0.1 pH ±1 mV (pH-mV) ±0.5 °C nếu nhiệt độ dưới 60 °C; ±1.0 °C nếu nhiệt độ cao hơn ±1.0 °F nếu nhiệt độ dưới 140 °F; ±2.0 °F nếu nhiệt độ cao hơn
Bù nhiệt	Tự động -5.0 - 105.0 °C/23.0 - 221.0 °F
Hiệu chuẩn pH	Tự động, 1 hoặc 2 điểm theo hệ đệm Standard (4.01, 7.01, 10.01) hoặc NIST (4.01, 6.86, 9.18)
Điện cực	Điện cực pH/Nhiệt độ HI629113 , kết nối DIN và cáp dài 1 m (3.3')
Pin	1.5V AAA (3 cục) tương đương 1400 giờ sử dụng liên tục
Auto-off	người dùng tự chọn: sau 8 min, 60 min hoặc disabled
Môi trường hoạt động	0 - 80 °C (32 - 176°F) RH max. 100%
Kích thước	154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2")
Khối lượng	196 g (6.91 oz.)
Khả năng chống nước	IP67

* Điện cực **HI629113** chỉ có thể sử dụng trong khoảng 0 đến 12 pH và 0 đến 80°C (32 đến 176 °F)

MÔ TẢ MÀN HÌNH

- 1 Ký hiệu tự bù nhiệt
- 2 Ký hiệu ổn định
- 3 Phần trăm pin
- 4 Tình trạng điện cực
- 5 Cảnh báo pin yếu
- 6 Đơn vị đo
- 7 Màn hình chính
- 8 Đơn vị đo nhiệt độ
- 9 Màn hình phụ
- 10 Ký hiệu chế độ của máy
- 11 Dung dịch pH được sử dụng để hiệu chuẩn.




HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH


Trước khi sử dụng, người dùng cần mở nắp mặt lưng của máy để gắn pin vào, để biết thêm thông tin vui lòng xem phần “Thay Thế Pin”.

KẾT NỐI ĐIỆN CỰC

Kết nối điện cực **HI629113** vào máy qua cổng DIN khi máy đang tắt từ từ cho đến khi điện cực kết nối hoàn toàn vào máy, mở nắp bảo vệ điện cực trước khi tiến hành đo mẫu.

KHỞI ĐỘNG MÁY

Để bật máy, nhấn phím . Nếu máy không khởi động, vui lòng kiểm tra để đảm bảo pin đã được gắn vào máy đúng cách. Khi khởi động, màn hình sẽ hiển thị toàn bộ các ký hiệu, rồi phần trăm pin và chữ "WAIT" trước khi vào chế độ đo thông thường.



Lưu ý: Máy có chức năng kiểm tra điện cực:


- Nếu chưa kết nối điện cực, màn hình sẽ hiển thị "NO PROBE" và nhấp nháy ký hiệu "---".
- Nếu gắn điện cực không phù hợp, màn hình sẽ hiển thị "WRONG PROBE" và nhấp nháy ký hiệu "---".
- Nếu giá trị đo vượt ngoài thang đo, màn hình sẽ nhấp nháy giới hạn đo gần nhất (ví dụ -2.00 pH -5.0 °C).

CHỌN THANG ĐO

Khi đang ở chế độ đo thông thường, nhấn phím SET để chuyển qua lại giữa 2 thang đo pH và pH-mV.


ĐÓNG BẰNG GIÁ TRỊ ĐO

Khi cần ghi chép lại giá trị đo, nhấn và giữ phím SET đến khi màn hình hiển thị "HOLD". Thông báo "HOLD" sẽ xuất hiện trong 1 giây rồi các giá trị pH, mV và nhiệt độ sẽ được đóng băng đồng thời màn hình nhấp nháy "H".




Nhấn 1 phím bất kỳ để trở lại màn hình đo thông thường.


VÀO CHẾ ĐỘ HIỆU CHUẨN

Nhấn và giữ phím  cho đến khi chữ "POWER" và ký hiệu **OFF** được thay bằng "STD" và ký hiệu **CAL**. Sau đó thả tay ra.

VÀO CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT

Nhấn và giữ phím  cho đến khi chữ "STD" và ký hiệu **CAL** được thay bằng "SETUP" và ký hiệu **MODE**. Sau đó thả tay ra.

TẮT MÁY

Khi đang ở chế độ đo thông thường, nhấn giữ  cho đến khi chữ "POWER" và ký hiệu **OFF** xuất hiện thì thả tay ra.


CÁCH ĐO VÀ HIỆU CHUẨN pH


Cần đảm bảo máy được hiệu chuẩn trước khi dùng.

Nếu điện cực khô, ngâm điện cực trong dung dịch bảo quản HI70300

30 phút trước khi dùng. Nếu điện cực bẩn, ngâm điện cực trong dung dịch vệ sinh trong 20 phút, rồi rửa và ngâm điện cực trong dung dịch bảo quản trong 30 phút rồi hiệu chuẩn lại trước khi dùng.

Rửa sạch điện cực và lắc các giọt thừa. Hiệu chỉnh lại trước khi sử dụng. Nhúng đầu dò vào mẫu thử trong khi khuấy nhẹ. Chờ cho đến khi thể trên màn hình LCD biến mất.



Đặt đầu dò phẳng của điện cực lên trên bề mặt cần đo và đợi cho đến khi ký hiệu  trên LCD biến mất.

Màn hình LCD sẽ hiển thị giá trị pH (đã bù nhiệt tự động) trên màn hình chính và giá trị nhiệt độ trên màn hình phụ.

Nếu cần đo nhiều mẫu khác nhau liên tục, cần rửa điện cực bằng nước cất giữa các lần đo để tránh nhiễm chéo.


Để đảm bảo phép đo có độ chính xác, nên hiệu chuẩn điện cực thường xuyên. Ngoài ra, điện cực sẽ cần hiệu chuẩn khi:

- a) thay điện cực mới.
- b) sau khi đo quá chất mạnh.
- c) khi cần độ chính xác cao.
- d) ít nhất 1 tháng 1 lần.
- e) sau khi vệ sinh điện cực.

Hiệu chuẩn pH

Vào chế độ hiệu chuẩn khi đang ở màn hình đo thông thường.

Đặt điện cực vào dung dịch chuẩn đầu tiên. Nếu hiệu chuẩn 2 điểm thì sử dụng dung dịch chuẩn pH 7.01 đầu tiên (nếu dùng hệ chuẩn NIST thì sử dụng pH 6.86). Thiết bị sẽ vào chế độ hiệu chuẩn, màn hình sẽ hiển thị "**pH 7.01 USE CAL**" và nhấp nháy ký hiệu ⏱ hoặc "**pH 6.86 USE**").



Thực hiện theo các bước sau để hiệu chuẩn máy:

Hiệu chuẩn 1 điểm

1. Đặt điện cực vào dung dịch chuẩn có giá trị gần giá trị mẫu cần đo nhất. Máy sẽ tự động nhận giá trị của dung dịch chuẩn.
2. Nếu dung dịch chuẩn không nằm trong các giá trị cho phép hoặc có lỗi, màn hình sẽ hiển thị "**---- WRONG**".
3. Nếu dung dịch chuẩn phù hợp, màn hình sẽ hiển thị "**REC**" rồi "**WAIT**" cho đến khi điểm chuẩn được xác nhận.

Nếu sử dụng pH 7.01 (hoặc pH 6.86), nhấn 1 phím bất kỳ để thoát khỏi chế độ hiệu chuẩn sau khi máy đã nhận được điểm chuẩn. Màn hình sẽ hiển thị "**SAVE**" và trở về màn hình đo.

Nếu sử dụng pH 4.01 hoặc 10.01 (hoặc pH 9.18), màn hình sẽ hiển thị "**SAVE**" và trở về màn hình đo.

Hiệu chuẩn 2 điểm

Sử dụng dung dịch pH 7.01 (hoặc pH 6.86) và làm theo các bước từ 1 tới 3 trong phần hiệu chuẩn 1 điểm. Sau đó làm tiếp các bước sau:


Màn hình sẽ hiển thị "**pH 4.01 USE**".

Đặt điện cực vào dung dịch chuẩn thứ hai (pH 4.01 hoặc pH 10.01 hoặc pH 9.18). Máy sẽ tự động nhận điểm chuẩn và hiển thị thông báo "**SAVE**" rồi trở về màn hình đo thông thường. Nếu bộ đệm không được nhận dạng hoặc độ dốc nằm ngoài phạm vi được chấp nhận "**--- WRONG**" được hiển thị. Thay đổi bộ đệm, làm sạch điện cực hoặc nhấn bất kỳ phím nào để thoát khỏi hiệu chuẩn.

Để có độ chính xác tốt hơn, bạn nên thực hiện hiệu chuẩn hai điểm.

Sau khi hoàn thành quy trình hiệu chuẩn chế độ **CAL** được bật cùng với điểm đã hiệu chỉnh

Thoát chế độ hiệu chuẩn và phục hồi giá trị hiệu chuẩn mặc định

Khi đang trong chế độ hiệu chuẩn, người dùng có thể thoát ra ngay lập tức bằng cách nhấn phím  máy sẽ sử dụng điểm chuẩn cũ nếu máy chưa nhận điểm chuẩn mới. Màn hình LCD sẽ hiển thị "**ESC**" rồi trở về màn hình đo thông thường.


Để phục hồi giá trị hiệu chuẩn như trước khi xuất xưởng, nhấn phím **SET** sau khi vào chế độ hiệu chuẩn và trước khi máy xác nhận điểm chuẩn đầu tiên.

Màn hình LCD sẽ hiển thị "**CLEAR**" trong 1 giây, máy sẽ phục hồi về dữ liệu chuẩn ban đầu trước khi xuất xưởng và màn hình đo sẽ không còn ký hiệu **CAL** .

TÌNH TRẠNG ĐIỆN CỰC

Màn hình sẽ hiển thị biểu tượng điện cực (trừ khi tính năng này đã được tắt) để thể hiện tình trạng điện cực sau khi hiệu chuẩn. Tình trạng của điện cực sẽ được duy trì trong 12 giờ (trừ khi pin được tháo ra).

Tình trạng của điện cực sẽ chỉ được xác định khi máy hiệu chuẩn ở 2 điểm.




Khi 1 vạch, người dùng nên vệ sinh và hiệu chuẩn lại điện cực. Nếu vẫn 1 vạch, có thể cần phải thay điện cực mới.


Kiểm tra điện cực


Để kiểm tra điện cực, người dùng cần chuyển máy về chế độ đo pH-mV. Giá trị offset là giá trị mV của pH 7.01 (@ 25 °C/77 °F). Nếu giá trị này vượt ngoài thang ± 30 mV, có nghĩa điện cực đang có vấn đề. Giá trị slope là giá trị mV chênh lệch giữa pH 7.01 và pH 3.00. Nếu giá trị này gần 150 mV, có nghĩa điện cực đang có vấn đề, nên thay điện cực mới.


Lưu ý: Để đảm bảo giá trị đo đáng tin cậy, điện cực cần được làm sạch bằng dung dịch vệ sinh và ngâm trong dung dịch bảo quản ít nhất 30 phút trước khi hiệu chuẩn.

THIẾT LẬP MÁY


Chế độ cài đặt cho phép người dùng thiết lập cách máy vận hành như: Đơn vị nhiệt độ, Auto-off (Chế độ tự động tắt), âm báo, hệ dung dịch chuẩn pH, độ phân giải. Để vào chế độ cài đặt, nhấn và giữ phím  cho đến "STD" và **CAL** được thay thế bằng SETUP" và **MODE**. Thả nút

- "TEMP" hiển thị trên màn hình LCD kèm theo đơn vị nhiệt độ (e.g. "TEMP °C"), để thay đổi, nhấn phím **SET**. Sau đó, nhấn phím  để xác nhận và tiếp tục thiết lập "A-OFF" (Auto-off).





- Để thay đổi thời gian tự động tắt, nhấn phím **SET**: 8 phút ("8", giá trị mặc định), 60 phút ("60") hoặc vô hiệu hóa ("---"). Nhấn  để xác nhận và vào phần thiết lập âm báo "BEEP".





- Để bật tắt âm báo, nhấn phím **SET**; nhấn  để xác nhận và vào phần thiết lập hệ chuẩn pH7.





- Trong phần này, máy sẽ hiển thị hệ chuẩn đang được sử dụng: "pH 7.01 BUFF" (cho hệ tiêu chuẩn: 3.00/7.01/10.01) hoặc "pH 6.86 BUFF" (cho hệ NIST: 3.00/6.86/9.18). Nhấn phím **SET** để thay đổi. Nhấn  để xác nhận và vào phần thiết lập độ phân giải.



- Để thay đổi độ phân giải giữa "0.1" và "0.01", nhấn phím **SET**; sau đó nhấn  để xác nhận và vào phần thiết lập hiển thị thông tin điện cực.




- Để bật tắt tính năng hiển thị thông tin điện cực, nhấn phím **SET**; nhấ  để xác nhận và trở về chế độ đo thông thường. Thay đổi cài đặt bằng nút **SET**, sau đó nhấn  để xác nhận và quay lại chế độ bình thường.



THAY PIN


Khi pin còn dưới 10%, biểu tượng pin trên màn hình sẽ nhấp nháy để cảnh báo cho người dùng.




Hệ thống Phòng ngừa (BEPS)

Nếu pin còn lại quá ít ("0%") màn hình sẽ hiển thị "bAtt", "DEAD" trong vài giây rồi tắt máy. Lúc này, người dùng cần thay pin mới có thể tiếp tục sử dụng.

Để thay pin, người dùng cần mở nắp bảo vệ khay pin ở mặt sau của máy.




Thay thế 3 cục pin 1.5V AAA mới vào khay pin, chú ý gắn đúng chiều điện cực.



Thay thế nắp pin và đảm bảo rằng miếng đệm được đặt đúng vị trí.

PHỤ KIỆN

HI629113	Điện cực pH/nhiệt độ với thân bằng titan , kết nối cổng DIN và cáp dài 1m
HI7004L	Dung dịch chuẩn pH 4.01, 500 mL
HI7006L	Dung dịch chuẩn pH 6.86, 500 mL
HI7007L	Dung dịch chuẩn pH 7.01, 500 mL
HI7009L	Dung dịch chuẩn pH 9.18, 500 mL
HI7010L	Dung dịch chuẩn pH 10.01, 500 mL
HI70300L	Dung dịch bảo quản điện cực, 500 mL
HI700601PL	Dung dịch rửa điện cực thông dụng, gói 20mL(25 gói)
HI710028	Vỏ bảo vệ cao su
HI710142	Hộp đựng cho dòng máy HI99xxx
HI77400PL	Dung Dịch Hiệu Chuẩn pH7.01 Và pH4.01 Dạng Gói 20mL (5 Gói Mỗi Loại)



BẢO DƯỠNG ĐIỆN CỰC CHUẨN BỊ

- Tháo nắp bảo vệ. Đừng lo lắng nếu có bất kỳ cặn muối nào. Rửa sạch với nước.
- Lắc mạnh điện cực vài lần để loại bỏ bọt khí bên trong đầu dò (nếu có).
- Tháo nắp lỗ trám để đảm bảo các mối nối tham chiếu được chảy. Dành riêng để cất giữ.
- Rót dung dịch làm đầy điện cực bằng dung dịch HI7082.
- Nếu điện cực khô, ngâm điện cực trong dung dịch bảo quản HI70300 ít nhất 30 phút trước khi dùng.
- Rửa lại với nước sạch.
- Hiệu chuẩn trước khi đo.

BẢO QUẢN

- Để đảm bảo phản ứng nhanh, thân thủy tinh và phần tiếp giáp phải được giữ ẩm và không được để khô.
- Thay thế nắp bảo vệ bằng một vài giọt Dung dịch Bảo quản HI70300. Thực hiện theo Chuẩn bị ở trên trước khi thực hiện các phép đo.
- Thay nắp lỗ trám.

Lưu ý: Không bao giờ bảo quản điện cực trong nước cất.

BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

- Thay điện cực mới nếu phát hiện có vết nứt hay vỡ.
- Rửa sạch lớp muối bám trên điện cực trước khi hiệu chuẩn và đo mẫu.
- Làm theo hướng dẫn trong phần BẢO QUẢN

QUY TRÌNH VỆ SINH

- Ngâm trong dung dịch làm sạch điện cực pH và ORP của Hanna HI700601 trong 20 phút. Rửa sạch với nước.
- Ngâm điện cực trong Dung dịch bảo quản HI70300 tối thiểu 30 phút. Rửa sạch với nước. Hiệu chỉnh trước khi sử dụng.

XỬ LÝ SỰ CỐ

- Đối với máy đo pH: làm theo hướng dẫn trong phần vận hành và hiệu chuẩn.
- Đối với điện cực: kiểm tra điện cực theo hướng dẫn trong trang 14.

GIẤY CHỨNG NHẬN

Tất cả các sản phẩm của Hanna Instruments để tuân thủ theo quy định **CE European Directives**.



Disposal of Electrical & Electronic Equipment. Sản phẩm này không thể xử lý như rác thải thông thường, để xử lý cần giao cho các công ty chuyên tái chế thiết bị điện tử.

Disposal of waste batteries. Sản phẩm có pin sạc, không được bỏ chung với rác thải thông thường, cần phải đưa cho công ty chuyên thu gom để xử lý và tái chế.

Đảm bảo xử lý pin và sản phẩm phù hợp sẽ giúp ngăn ngừa các tác động không tốt với môi trường và sức khỏe con người do xử lý không phù hợp. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ dịch vụ xử lý chất thải, nơi mua hàng hoặc qua website www.hannavietnam.com.



KHUYẾN CÁO

Cần đảm bảo thiết bị phù hợp với ứng dụng và môi trường đo mà người dùng cần sử dụng.

Khi hoạt động, thiết bị có thể gây nhiễu đến các thiết bị điện tử khác. Mọi can thiệp của người dùng vào thiết bị có thể làm giảm khả năng tương thích điện từ của thiết bị.

Để đảm bảo an toàn, vui lòng không sử dụng thiết bị trong môi trường độc hại.

BẢO HÀNH

KHÔNG BẢO HÀNH NẾU KHÔNG CÓ PHIẾU BẢO HÀNH và các hư hỏng do thiên tai, sử dụng không đúng, tùy tiện tháo máy hay do thiếu sự bảo dưỡng máy như yêu cầu.

HI99131 bảo hành **12 tháng cho máy và 6 tháng cho điện cực** để phòng các khiếm khuyết do sản xuất và do vật liệu chế tạo máy xuất hiện trong quá trình dùng thiết bị theo đúng mục đích sử dụng và đúng chế độ bảo dưỡng như hướng dẫn. Việc bảo hành bao gồm sửa chữa và miễn phí công thay thế phụ tùng chỉ khi máy bị lỗi do quá trình chế tạo.

Nếu có yêu cầu bảo trì sửa chữa, hãy liên hệ nhà phân phối thiết bị cho quý khách. Nếu trong thời gian bảo hành, hãy báo mã số thiết bị, ngày mua, số seri và tình trạng hư hỏng. Nếu việc sửa chữa không có trong chế độ bảo hành, quý khách sẽ được thông báo trước các cước phí cần trả.

Trường hợp gửi thiết bị về Hanna Instruments, hãy liên hệ phòng kỹ thuật trước 028.39260.457, sau đó gửi hàng kèm phiếu bảo hành (Người gửi tự trả cước).

Khi vận chuyển bất kỳ thiết bị nào, cần đảm bảo khâu đóng gói để bảo vệ hàng an toàn.

Hanna Instruments có thể sửa đổi thiết kế, cấu trúc và hình dáng sản phẩm mà không cần báo trước.

TRỤ SỞ CHÍNH

Hanna Instruments Inc.
Highland Industrial Park
584 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
www.hannainst.com

VĂN PHÒNG SỞ TẠI

Hanna Instruments Việt Nam
208 Nguyễn Trãi, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: 028 3826 0457/58/59
Website: www.hannavietnam.com